施設名称:三田西児童遊園(所在地:目黒区三田2-4-1)

測 定 日: 平成26年3月10日 (月) 測 定 器: (株) 堀場製作所 PA - 1000 Radi

測定開始時間:11時29分 再測定器:日立アロカメディカル(株)製TCS-172B

天 候: 晴れ 測定単位: μ Sv / h

測定点(高さ)について

原則として「0.05メートル」のみ測定します。ただし、「0.05メートル」の測定結果が【0.20 µ Sv / h】以上であった場合は「1メートル」の地点も測定します。

測定場所	測定点 (高さ)	測定値	再測定値	再測定した場合の対応
(滑り台)	0.05メートル 1メートル	0.077		
(プランコ)	0.05メートル	0.061		
(広場)	0.05メートル 1メートル	0.050		
(水飲場)	0.05メートル 1メートル	0.046		

